

器17 血液検査用器具
 特定保守管理医療機器 一般医療機器 グリコヘモグロビン分析装置 35968000

アダムス A1c HA-8180V

【警告】

●適用対象(測定者)

①この装置は、臨床検査および感染性廃棄物に関する知識をもった人が使用すること。

②検体やコントロールの取り扱いには、常に細心の注意を払うこと。

〔この装置は、検体として血液を使用します。血液は、感染症をひきおこす原因となる病原微生物に汚染されている可能性があります。取り扱いを誤ると、使用者または周囲の人が病原微生物の感染を受ける恐れがあります。〕

●使用方法

①ピラス用ノズルや配管チューブ、廃液ボトルなど、検体が付着していると考えられる箇所には、素手で触れないで保護手袋を着用すること。

〔これらの箇所に素手で触れると、病原微生物の感染を受ける可能性があります。〕

②この装置に使用する溶離液をこぼした場合は、そのまま放置しないこと。また、アルコールやアスコルビン酸などの還元剤とは、絶対に接触させないこと。

〔この装置に使用する溶離液は酸性物質を含んでおり、化学反応をおこす危険性があります。〕

③使用済みの検体や装置の部品、廃液は一般のゴミと区別し、環境省「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」にしたがって処理すること。

〔これらの取り扱いを誤ると、使用者または周囲の人が病原微生物の感染を受ける可能性があります。〕

【禁忌・禁止】

①温度変化が少なく、温度10～30℃、湿度20～80%に調節できる部屋に設置すること。

〔これ以外の環境に設置すると、正しい測定結果が得られません。〕

②異臭や異音がするときは、すぐにスタンバイ・スイッチ、主電源スイッチの順に切り、電源コードをコンセントから抜くこと。




〔そのまま測定を続けると、装置が破損してけがをしたり、火災をおこす原因になります。〕

③装置が故障したときは、必ず問い合わせ先まで連絡し、お客様自分で装置の修理や改造をしないこと。

〔装置が破損してけがをする恐れがあります。〕

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造



取扱説明書を必ずご参照ください

名称	アダマス A1c HA-8180V
構成	分析機本体、サンプラーユニット(攪拌仕様)、付属品
測定対象	全血または溶血検体
使用カラム	COLUMN UNIT 80
使用試薬	溶離液80A、溶離液80B、ELUENT 80CV 溶血・洗浄液80H
測定項目	HbA1c(IFCC)、HbA1c(NGSP)、HbF
測定範囲	HbA1c: 3.0~20.0%、9~195 mmol/mol HbF: 0.0~100.0%
測定原理	逆相分配陽イオン交換クロマトグラフィー
測定波長	420 nm/500 nm(二波長比色法)
試料供給法	サンプラーユニットによる
表示分解能力	0.1% Ratio、1 mmol/mol
処理速度	Variantモード: 90秒/テスト Fastモード: 48秒/テスト
検体使用量	約14 μ L
必要検体量	採血管: 底面より高さ10 mm以上 サンプルカップ: 400 μ L以上
検体容器	採血管: (直径12.3~15) $\times$ (長さ75~100) mm サンプルカップ: 500 μ L
適合ラック	アークレイラック
検体架設数	送り切り方式(工場出荷時): 最大50検体 循環方式: 最大100検体
カラム温度	約40°C
起動時間	最大30分
表示器	バックライトつきカラーLCDパネル
プリンタ	58 mm幅感熱紙プリンタ
データ記憶量	900検体分(校正結果を含む)
外部出力	シリアル1ポート (オプション品にてイーサネットポートに変更可能)
通信方式	RS-232C準拠(双方向通信/単方向通信を切り替え可能) 1チャンネル、300~19200 bps
測定環境	温度:10~30°C、湿度:20~80% R.H.(結露しないこと)
保管環境	温度:1~30°C、湿度:20~80% R.H.(結露しないこと)
輸送環境	温度:1~60°C、湿度:20~80% R.H.(結露しないこと) (ただし、絶対湿度が40°C/85% R.H.以下であること)
外形寸法	530(幅) $\times$ 530(奥行) $\times$ 530(高さ) mm (溶血・洗浄液ボトルを含めない)
重量	本体: 約39 kg、サンプラーユニット: 約4 kg
電源電圧(本体)	AC 100 - 240 V $\pm$ 10%、50/60 Hz
電源入力	300 VA
使用場所	屋内使用専用
汚染度	2
インパルス耐性 (過電圧)カテゴリ	II
標準的な使用期間 の目安	5年間(自己認証による)

※本製品は、IEC61326-2-6:2005に適合しています。

2. 原理

血液中のHbA1cを、逆相分配陽イオン交換クロマトグラフィーにより測定します。溶血・洗浄液で希釈された検体がカラムに送り込まれ、高速液体クロマトグラフィーにより数種のヘモグロビン成分に分画溶出されます。溶出された各成分は二波長比色計で測定され、そのデータをマイクロコンピュータで処理し、各成分のピーク同定と含有率を測定します。

【使用目的】

HPLC、電気泳動又はイムノアッセイ等の方法を用いて、ヒト血液中に存在するグリコヘモグロビン(HbA1c)濃度を測定する専用装置をいう。

[医療機器クラス分類告示(医薬食品局長通知薬食発第0720022号)の一般的名称の定義から転記]

【品目仕様等】

性能

以下のような結果を得ました。

①同時再現性

・Variantモード

	HbA1c	HbF
N	20	20
MEAN	5.07	1.01
S.D.	0.02	0.01

・Fastモード

	HbA1c	HbF
N	20	20
MEAN	5.04	0.98
S.D.	0.01	0.00

②相関性

HA-8160(VP仕様)との相関

・Variantモード

n=120
r=0.9695
y=1.0067x - 0.0533

・Fastモード

n=120
r=0.9628
y=1.0099x - 0.0288

【操作方法又は使用方法等】

1. 設置条件

- 本装置の本体は約39 kg、サンプラーユニットは約4 kgの重さがあります。あらかじめ設置場所を決めてから、その場所で組み立ててください。本体にサンプラーユニットを接続した状態では、移動させないでください。装置の運搬および組み立ては、安全のために2人以上でおこなってください。装置を運搬するときは、装置の底面を両手で持ちください。
- 設置の際、装置の下に手を挟まないよう注意してください。
- 装置背面と壁との距離は、20 cm以上離してください。20 cm以上離していないと、装置が過熱したり、ケーブルの接続部に負担がかかり、火災が発生する恐れがあります。また、正しい測定結果が得られません。
- 装置右面(正面から見て)と壁との距離は、10 cm以上離してください。10 cm以上離していないと、サイドカバーを開けてお手入れすることができません。また、エラーやトラブルが発生した場合に、主電源スイッチを切ることや電源コードを抜くことができません。
- 温度変化が少なく、温度10~30°C、湿度20~80%に調節できる部屋に設置してください。これ以外の環境に設置すると、正しい測定結果が得られません。
- 水平で振動のない、丈夫な台の上に設置してください。振動の多い場所で使用すると、装置が故障したり誤動作の原因になり、けがを負う恐れがあります。落下する恐れのある場所には、設置しないでください。
- 化学薬品の保管場所や腐食性ガス、電気的ノイズを発生するものの近くに設置しないでください。装置が故障したり、誤動作の原因になり、けがを負う恐れがあります。また、正しい測定結果が得られません。
- 水滴、日光、風が直接あたらない場所に設置してください。これらの影響を受けると、正しい測定結果が得られません。また、装置が変形したり故障したりする恐れがあります。
- 電源の周波数と電圧をまちがえないでください。(電圧: AC100~240 V $\pm$ 10%、周波数: 50/60 Hz)。火災が発生したり、装置が破損してけがを負う恐れがあります。
- 感電事故や火災を防ぐために付属の電源コードを使用してください。
- 装置の電源は、できるだけ単独の電源コンセントに接続してください。本装置の電源入力は最大300 VAです。
- 装置の電源コードは感電事故を防ぐため、必ずアース端子つきコンセントに接続してください。
- 設置に必要な箇所以外は、装置を分解しないでください。また、装置を改造しないでください。病原微生物に感染したり、火災が発生したり、装置が破損して、けがを負う恐れがあります。
- 装置の使用後にやむをえず装置を分解する必要があるときは、保護手袋をつけて作業をしてください。病原微生物に感染する恐れがあります。


2. 使用環境条件

周囲温度: 10~30°C

湿度: 20~80% R.H.(結露しないこと)

取扱説明書を必ずご参照ください

3. 使用方法



※・STAT測定
・コントロール測定
・校正
に関しては取扱説明書を参照してください。

【使用上の注意】

- 警告**
ピასノズル、配管チューブ、廃液ボトルなど検体が付着していると考えられる箇所には、素手で触れないでください。とくに、これらの箇所をお手入れするときは、病原微生物の感染を防ぐために保護手袋をつけてください。
- 禁忌・禁止**
異臭や異音がするときは、すぐに電源スイッチを切り、電源コードをコンセントから抜いてください。装置が破損してけがをしたり、火災をおこす恐れがあります。
- 重要な基本的注意**
 - 使用前の注意**
装置の電源スイッチを入れる前に、取扱説明書の「設置上の注意」を再確認し、常に正しい設置環境でご使用ください。
 - 使用時の注意**
溶離液および溶血・洗浄液は、専用のものを使用してください。また、付属の添付文書をよくお読みになり、取り扱いに注意して使用期限内のものをご使用ください。
 - 使用後の注意**
使用済みの検体や部品、廃液は一般のゴミと区別し、環境省「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」にしたがって処理してください。

4. その他の注意

- 検体の取り扱いについて**
 - 全血検体の抗凝固剤には、「ヘパリン」「EDTA-2Na」「EDTA-2K」「EDTA-3K」「NaF」のいずれかを使用してください。
 - 全血検体を保存するときは、全血のまま2~8℃で冷蔵保存してください。
 - 溶血希釈検体の測定可能なヘモグロビン濃度は、75~225 mg/dL (標準150 mg/dL) です。この濃度範囲を超えると、エラーが発生したり再現性が悪くなることがあります。適切な希釈率に変更し、濃度を調整してから測定してください。
- カラムの取り扱いについて**
 - カラムは専用のものを使用してください。また、付属の添付文書をよくお読みになり、取り扱いに注意して使用期限内のものをご使用ください。
 - カラムは3~25℃で保存し、乾燥させたり衝撃を与えたりしないでください。
 - カラムには方向性があります。装置に取りつけるときは、流路のIN側とOUT側に注意してください。
- 溶離液の取り扱いについて**
 - 溶離液は専用のものを使用してください。また、付属の添付文書をよくお読みになり、取り扱いに注意して使用期限内のものをご使用ください。
 - 冷蔵庫などで保存している場合は、装置と同じ環境に1時間以上なじませてから装置に取りつけてください。
- その他**
 - 測定結果には装置の施設間差や環境変化による測定誤差が発生することがあります。これを解消するために定期的に装置の校正を行ってください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

使用期間：使用開始(据付)後5年間(自己認証による)

条件：取扱説明書や添付文書に示す保守点検を定期的の実施し、点検結果により修理またはオーバーホールが必要であれば実施してください。添付文書の保守・点検に係わる事項や取扱説明書の該当箇所に記載の保守部品を定期的に交換してください。

【保守・点検に係わる事項】

使用者による保守点検事項

- コントロール測定**
定期的にHbA1cコントロールを測定することで、装置の状態や測定精度を管理します。コントロールには市販または弊社指定のコントロールを使用してください。
- 毎日のお手入れ**
お手入れの際は、病原微生物の感染を防ぐため、必ず保護手袋をつけて作業をしてください。廃液、使用済みの保護手袋などは一般のゴミと区別し、環境省「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」にしたがって処理してください。
- 廃液の処理**
装置の背面にある「D1:光学系」、「D2:廃液用」からは、装置からの廃液が排出されます。毎日、測定を始める前にボトルの廃液を処理してください。
- 消耗品の交換**
 - 溶離液の交換
溶離液は必ずパックごと交換してください。つぎ足して使用すると、正しい測定結果が得られません。
 - 溶血・洗浄液の交換
溶血・洗浄液は必ずボトルごと交換してください。つぎ足して使用すると、正しい測定結果が得られません。
 - 感熱記録紙の交換
 - カラムの交換
2500測定および使用期限を過ぎたカラムは、正確な測定結果が得られない可能性がありますので使用しないでください。
 - ノズル洗浄ブロックの清掃とOリングの交換
ノズル洗浄ブロックのOリングは3000測定ごとに交換してください。Oリングが劣化するとノズル洗浄ブロックで洗浄液がもれ、ピასノズルを十分に洗浄できなくなります。Oリングを交換したときは、必ずノズル洗浄ブロックの底面を清掃してください。
 - ピასノズルの交換
ピასノズルは60000測定ごとに交換してください。また、ピასノズルが詰まったときや破損したときも交換が必要です。ピასノズルを交換するときは、必ずノズル洗浄ブロックのOリングも交換してください。

取扱説明書を必ずご参照ください

- 溶離液と溶血・洗浄液のノズルのメッシュフィルタ交換
溶離液と溶血・洗浄液のノズルのメッシュフィルタは6000測定ごとに交換してください。メッシュフィルタにゴミが詰まると、配管系のトラブルが発生します。
- ドレイン用ピンチバルブのチューブの交換
ドレイン用ピンチバルブのチューブは6か月ごとに交換してください。また、異物を吸引した場合もチューブを交換してください。

④各部の洗浄と清掃

- 流路の洗浄
流路は1週間に1回、洗浄してください。流路が汚れていると、正しい測定結果が得られません。
- ピアスノズルの清掃
ピアスノズルは1週間に1回、清掃してください。ピアスノズルが汚れているとノズル洗浄ブロックのOリングが早く摩耗します。Oリングが摩耗すると、溶血・洗浄液がもれ、正しい測定結果が得られません。
- 採血管攪拌機構の清掃
採血管攪拌機構は1か月に1回清掃してください。採血管攪拌機構のローラが汚れていると、採血管を正しく攪拌できなくなります。
- 希釈槽・洗浄槽の清掃
希釈槽と洗浄槽が一体になった希釈槽ユニットと希釈槽カバーは、1か月に1回清掃してください。希釈槽や洗浄槽が汚れていると、正しい測定結果が得られません。
- 希釈槽・洗浄槽の分解清掃
希釈槽と洗浄槽が一体になった希釈槽ユニットは、1年に1回、分解して洗浄してください。希釈槽や洗浄槽が汚れていると、正しい測定結果が得られません。

【包装】

1台単位で梱包する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売元

株式会社アークレイファクトリー

滋賀県甲賀市甲南町柑子1480 〒520-3306

<問い合わせ先>

アークレイ お客様相談室

滋賀県甲賀市甲南町柑子1480 〒520-3306

TEL 0120-103-400

(平日 8:30~18:00、土曜 8:30~12:00)

製造元

株式会社アークレイファクトリー

販売元

アークレイ株式会社

京都市南区東九条西明田町57 〒601-8045